

SAMPLE

TEST REPORT

SENSUS YAMAMOTO Co., Ltd.

検査成績表

株式会社センサスヤマモト

Issue No. 発行番号 SY00KSXXXX-2/4	Quantity 個数 1	Type 品名 長野計器 圧力計 AE20-131×1 MPa	Room Temp 室温 °C 23	The Date of Inspection 検査日 〇〇〇〇/〇〇/〇〇
-------------------------------------	---------------------	------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------

Error of Indication Minimum Scale	器差 最小目盛 (0.02 MPa)	Allowance 許容公差 ± 0.16 MPa	Accuracy 精度 ± 1.6 % F. S.
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Sr. No. 器番	Check Point 検査箇所	0	0.2	0.4	0.6	1	MPa			
1234567	Up 上昇	0.000	0.000	+0.002	-0.004	0.000				
	Down 下降	0.000	+0.002	+0.004	-0.002	/				
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									

Specifications Inspector	仕様検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良
Appearance Inspection	外觀検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良
Dimensional Inspection	寸法検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良
Performance Inspection	性能検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良
Resisting Pressure Test	耐圧検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良

Inspection 検査員
Check 確認
Chief of Inspection 検査責任者

検査 確認 責任者