

検査証明書

発行日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
株式会社 センサスヤマモト
名古屋市熱田区千年1-14-1
TEL (052) 651-9271 検査責任者名

責任者

品名	長野計器 圧力計
形式・能力	A E 2 0 - 1 3 1 × 1 MPa
器番	1234567

商品検査年月日：平成〇〇年××月××日

検査温度：23℃

検査湿度：50%RH

上記商品は、国家標準とトレーサブルな標準器により検査した結果、別紙の通り弊社の品質判定基準に適合し、合格したことを証明致します。

標準器		
検査標準器名	標準器器番	有効期限
MT210	91R427182	平成××年□□月△△日

本証明書に添付される書類は下表の通りです。

書類名	ページ
・検査証明書	1 / 4
・商品の検査成績表	2 / 4
・標準器の検査データ	3 / 4(2)
・トレーサビリティ体系図	4 / 4

確認

確認