

sample

TEST REPORT
検査成績表

SENSUS YAMAMOTO Co., Ltd.
株式会社センサスヤマモト

Issue No. 発行番号 SY00KSXXXX - 2/4	Quantity 個数 1	Type 品名 長野計器製 普通形圧力計 AE20-131×2.5MPa	Room Temp 室温 °C 23	The Date of Inspection 検査日 〇〇〇〇年〇月〇日
---------------------------------------	---------------------	---	--------------------------	--

Error of Indication Minimum Scale	器差 最小目盛 (0.05 MPa)	Allowance 許容公差 ± 0.040 MPa	Accuracy 精度 ± 1.6 % F.S.
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Sr.No. 器番	Check Point 検査箇所	0	0.5	1	1.5	2.5	MPa			
1234567	Up 上昇	0	0.000	0.000	0.000	0.000				
	Down 下降	0	0.000	0.000	0.000	/				
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									
	Up 上昇									
	Down 下降									

Specifications Inspection	仕様検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良
Appearance Inspection	外觀検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良
Dimensional Inspection	寸法検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良
Performance Inspection	性能検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良
Resisting Pressure Test	耐圧検査	<input checked="" type="checkbox"/>	Good	良

Chief of Inspection
検査責任者

本間 慎也

